

処分予定財産需要調査一覧表

事業等名：平成14年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
1	(イ)	ガスクロマトグラフ用オートインジェクター	アジレント社製 7683ALS	1式	1,031,100	1,031,100	H14.8.30	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-2棟041010	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。

事業等名：平成15年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費 「ミニマム・エナジー・ケミストリ研究開発」 他全5課題

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
2	(イ)	イオンゲージコントローラ	型式59864B	1式	237,196	237,196	H15.8.6	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-2棟041110	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
3	(イ)	CMOSカラービデオカメラ	D2x1-SV1310C-3M	1式	231,000	231,000	H15.8.18	つくばセンターつくば中央第五事業所	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
4	(イ)	表面微構造解析装置	電動ステージVE-7800S コンソール VEC1 LCDモニター 制御用パソコン	1式	9,985,500	9,985,500	H15.10.24	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-2棟033120	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
5	(イ)	オートインジェクタ	Agilent HP6890series用 G1513A、G1512A (コントローラ)	1式	936,600	936,600	H15.12.9	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011037	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。

事業等名：平成16年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費 「ミニマム・エナジー・ケミストリ研究開発」 他全5課題

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
6	(イ)	高性能SOFCセル試験装置	半導体検出器 CDU/SUTW 操作用ソフトウェア	1式	10,080,000	10,080,000	H16.7.5	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-2棟033120	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。

事業等名：平成17年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費 「ミニマム・エナジー・ケミストリ研究開発」 他全5課題

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
7	(イ)	表面微構造解析装置への反射電子検出器の増設	キーエンス VE-R1	1式	3,780,000	3,780,000	H17.12.13	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-2棟033120	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
8	(イ)	マスフローコントローラー	堀場エステック製 SEC-V110DMC N2 500SCCM 1/4VCR	1式	205,275	205,275	H20.1.25	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011030	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
9	(イ)	マスフローコントローラー	堀場エステック製 SEC-V110DMC N2 1SLM 1/4VCR	1式	205,275	205,275	H20.1.25	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011030	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
10	(イ)	マスフローコントローラー	堀場エステック製 SEC-V110DMC N2 3SLM 1/4VCR	1式	205,275	205,275	H20.1.25	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011030	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
11	(イ)	マスフローコントローラー	堀場エステック製 SEC-V110DMC N2 3SLM 1/4VCR	1式	205,275	205,275	H20.1.25	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011030	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
12	(イ)	マスフローコントローラー	堀場エステック製 SEC-V110DMC N2 5SLM 1/4VCR	1式	205,275	205,275	H20.1.25	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011030	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。
13	(イ)	超低温恒温循環液槽	トーマス科学器械製 TRL-60SLP -60℃	1式	926,100	926,100	H17.2.3	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-1D棟011030	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：現在稼働状態にない。経年劣化等により修理等が必要と思われるが対応の可否は不明。

事業等名：平成18年度エネルギー需給構造高度化技術開発等委託費 新規

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
14	(イ)	イオン化エネルギー測定装置	分光計器社製 BIP-KV200	1式	16,768,500	16,768,500	H19.2.28	つくばセンターつくば中央第五事業所 つくば中央5-2棟032090	継続使用：不可 傷：なし 特記事項：経年劣化等により、現在は稼働状態にない。動作性能は不明。再設置にあたっては、配管工事や部品交換等のメンテナンスが必要。