

処分予定財産需要調査一覧表

事業名：エネルギー使用合理化次世代半導体デバイスプロセス等基盤技術開発

NO	区分	財産名	仕様又は型式番号	数量	取得日	保管又は設置場所	備 考
1	(イ)	高周波電源	AX-2000EUⅡ-TH	1 式	H15. 2. 28	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化による内部電子回路の動作不良により高周波の出力不可。
2	(イ)	希ガス循環型供給装置	Krox-made0150-TS	1 式	H15. 1. 31	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化による制御基板の動作不良により運転不可。またコンプレサの定格動作不可。
3	(イ)	スクリーバックポンプ	IP-03	1 式	H14. 12. 26	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化によるスクリーの回転不良。
4	(イ)	3kwマイクロ波発振装置	MKN-302-3S	2 式	H15. 2. 28	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化による内部電子回路の動作不良によりマイクロ波の出力不可。
5	(イ)	キセノンガス供給装置	RECOVEXX0055-TS	1 式	H15. 2. 28	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化による制御基板の動作不良により運転不可。またコンプレサの定格動作不可。
6	(イ)	1.5kwマイクロ波発振装置	MKN-152-3S	1 式	H15. 1. 30	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化による内部電子回路の動作不良によりマイクロ波の出力不可。
7	(イ)	1.5kwマイクロ波発振装置	MKN-152-3S	2 式	H15. 1. 30	東北大学 未来情報産業研究館 (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10)	継続使用：不可 傷：無 特記事項：経年劣化による内部電子回路の動作不良によりマイクロ波の出力不可。

1. 区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載している。