

返還資産一覧表

事業等名：平成19年度中小企業産業技術研究開発委託費

N0.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
1	(イ)	膨張液体物性観測装置制御部	日本HP製 パーソナルコンピュータdc5700SF/CT 2台 エプソン製プリンターPX-V780 1台 他	1	285,075	285,075	平成20年1月18日	東北センター東北センター 120 04103	07AA6390 継続使用：否 傷：なし 特記事項： 長年の使用によりデータ保存装置等のメンテナンスが必要だが、交換部品等の入手不能。
2	(イ)	振動管式密度計	アントンパール製DMAHPM 測定方式 振動式 密度範囲 0-3g/cm3 温度範囲0-100度	1	4,872,000	4,872,000	平成20年2月14日	東北センター東北センター 120 04103	07AA8962 継続使用：否 傷：なし 特記事項： 長年の使用によりメンテナンスが必要だが、交換部品等の入手不能。

事業等名：平成24年度日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業（日米クリーン・エネルギー技術協力）により取得した財産

N0.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
3	(イ)	フラクションコレクタ	アドバンテック CHF-122SC	1	347,760	347,760	H25. 2. 19	東北センター	12AA7642 使用継続：否 傷：なし 特記事項： 動作不良のため、基板等の交換修理が必要。長年の使用による経年劣化のため、その他の交換修理が必要になる恐れもあり交換部品の入手が出来ない状況

事業等名：平成15年度試験研究調査委託費（地球環境保全等試験研究に係るもの）「臭気環境目標の設定に必要な臭気に係る量反応関係に関する研究」他 全33課題

N0.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
4	(イ)	真空脱泡装置	アズワン真空脱泡装置 VD-FH	1 式	243,600	243,600	H16. 2. 23	東北センター東北産学官連携研究棟 043060	03AB1681 継続使用：否 傷：あり 特記事項： 長年の使用によりメンテナンスが必要だが、交換部品等の入手が出来ない。

事業等名：平成14年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
5	(イ)	送液ポンプ	NP-KX-500 流量0.1～100m ³ /min以上 吐出圧力35MPa以上 無脈流型	1 式	598,500	598,500	H14.7.26	東北センターF棟11	02AA2150 継続使用：可 傷：なし 特記事項： 長年の使用によりメンテナンスが必要だが、交換部品等の入手不能。

事業等名：平成16年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費「ミニマム・エナジー・ケミストリー技術研究開発」他全5課題

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
8	(イ)	水素発生装置	島津製作所 OPGU-2200S型	1 式	498,750	498,750	H17.2.18	東北センターF棟56	04AB2001 使用継続：否 傷：使用に影響のない小傷、汚れ 特記事項： 長年（20年）の使用により可燃性の水素ガス使用時の安全性の観点から継続使用不可。

事業等名：平成17年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費「ミニマム・エナジー・ケミストリー技術研究開発」他全5課題

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
9	(イ)	マスフローコントローラー	堀場STEC, LV-F60P0-H20-100sccm	1 式	294,000	294,000	H18.2.28	東北センターL棟012020	05AB0446 継続使用：否 傷：なし 特記事項： 故障中（使用不可。交換部品の入手が困難なため修理も不可）

事業等名：平成18年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費

N0.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
10	(イ)	高純度水素供給装置	G Lサイエンス HG260	1 式	535, 500	535, 500	H18. 6. 30	東北センターF棟020520	06AA1248 使用継続：否 傷：使用に影響のない小傷、汚れ 特記事項： 長年（18年）の使用により可燃性の水素ガス使用時の 安全性の観点から継続使用不可。