

商品名等 (電気用品名等)	歯科用茹で上げ重合器
<p>1 当該商品等の概要</p> <p>用途、機能、性能 歯科技工士が、入れ歯の樹脂を重合させるために用いる医療用の機器である。 約70℃の湯の中に、治具に取り付けた入れ歯の樹脂製歯茎部分を入れ、8時間程度加熱したのち、樹脂の重合を行うものである。</p> <p>構造、仕様、意匠 形状は、調理用のスープジャー（調理・保温鍋）と同様なもの。 定格：100V、500W。</p> <p>主な使用者、販売先 歯科技工士、医科用。</p>	
<p>2 対象・非対象の解釈</p> <p>非対象として取り扱う。</p> <p>(理由) 医療現場において、専ら特別の技能を有した者が治療用に使用する機器であることから、非対象として取り扱うのが妥当と判断する。</p>	