

〔 指定製造事業者の指定等に関する省令（平成 5 年通商産業省令第 77 号）に基づく品質管理の方法の細目 〕

分類番号

12

事業の区分：温水メーター（温水メーターを製造する事業）

平成 20 年 2 月 21 日制定

1. 材料、部品等の購買

次表に掲げる材料、部品等について、その品質、受入検査方法及び保管方法を社内規格で具体的に規定し、その規定内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。

材料、部品等名	品 質	受入検査方法	保管方法
1. 検出部外箱	1. 外観、寸法及び材質又は銘柄及び種類	左記の品質項目（再生品の検出部外箱にあっては、材質を除く。）について検査を行い、受け入れていること。 ただし、次のいずれかによって実施してもよい。 (1) 試験成績表の確認	必要に応じてロットの区分を明確にして保管していること。
2. 検出部計量機構 (1) 計量室又は計量管	2. (1) 形状、寸法及び材質又は銘柄及び種類	(2) 購入先の品質が長期間安定していることが確認できる場合にあっては、銘柄の確認	
(2) 運動子（羽根車、回転子など）及び運動子の軸受	(2) 形状、寸法及び材質又は銘柄及び種類		
(3) 計量用センサー（電極及び励磁コイルなど）	(3) 1) 及び2) に掲げる事項 1) 形状、寸法及び材質又は銘柄及び種類 2) 電気的特性		

3 . 発信部	3 .		
(1) 齒車列	(1) 形状、寸法 及び材質又は 銘柄及び種類		
(2) 運動子の運動 検出センサー	(2) 外観、銘 柄、種類及び 電気的特性		
(3) 変換器及び増 幅器	(3) 外観、銘 柄、種類及び 電気的特性		
4 . 表示機構及び演算 部	4 .		
(1) 表示機構	(1) 1) 及び 2) に掲げる 事項 1) 形状、寸法 及び材質又は 銘柄及び種類 2) 表示状態		
(2) プリント回路	(2) 取付状態、 配線状態及び 電気的特性		
(3) 表示機構及び 演算部外箱	(3) 外観、寸法 及び材質又は 銘柄及び種類		
5 . 電源装置又は電池	5 . 銘柄、種類、取 付状態及び電気的 特性		
6 . 接続線	6 . 外観、寸法、銘 柄及び種類		

- 備考1** 当該工場等が製造する製品の種類、製造方法等に応じて、表中の材料、部品等のうち必要とするものについて社内規格で規定していること。
- 2 外注工場に行わせている工程に係る材料、部品等については、外注工場が直接調達してもよい。
- 3 再生品の検出部外箱については、製品の種類、製造方法等に応じて、適切な範囲で外観及び寸法の受入検査を行うものとする。

2 . 工程管理

次表に掲げる工程（外注工程を除く。）について、各工程で要求する管理項目及びその管理方法並びに品質特性及びその検査方法を社内規格で具体的に規定し、その規定内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。

工 程 名	管 理 項 目	品 質 特 性	管 理 方 法 及 び 検 査 方 法
1 . 部分組立	1 .	1 .	[共通事項] 次に規定する品質特性についての記録をとっていること。
外 (1) 検出 部計量 機構組 立	(1) 組立方法 及び組立順 序	(1) 組立状態、回 転状態（運動子 を有するものに 限る。）及び電 気的特性（計量 用センサーを有 するものに限 る。）	
外 (2) 検出 部計量 機構と 外箱の 組立	(2) 組立方法 及び組立順 序	(2) 組立状態及び 気密状態（気密 性を有するもの に限る。）	
外 (3) 発信 部組立	(3) 組立方法 及び組立順 序	(3) 組立状態及び 伝達状態（回転 状態又は電気的 特性）	
外 (4) 表示	(4) 組立方法	(4) 組立状態、表 示状態及び気密	

機構及び演算部組立	及び組立順序	状態（気密性を有するものに限る。）	
2 . 総合組立	2 . 組立方法及び組立順序	2 . 外観及び耐圧性能	2 . 耐圧性能については、全数検査を行っていること。 ただし、品質特性上問題がないことが明らかであれば、他の工程で又は材料、部品等の購買時に全数検査又は全数検査の確認を行ってもよい。
3 . 最終調整	3 . 調整方法及び調整順序	3 . 調整状態	

備考 1 工程の順序は、表に示した順序どおりでなくてもよい。

2 外の工程については、外注してもよい。ただし、外注した場合は、この細目に示す管理項目及び品質特性に対する外注管理の取り決め並びに外注品の受入検査方法及び管理方法を社内規格で具体的に想定し、その規定内容は表に掲げる内容を満足していること。また、外注先の管理状況及び外注品の品質を適格に把握していること。

3 必要な品質特性について工程能力指数を把握して適切な管理を行っていること。

3 . 完成品管理

完成品の型式・種類に応じて、特定計量器検定検査規則（平成 5 年通商産業省令第 70 号）第 7 条から第 15 条までに規定する品質及び次表に掲げる品質並びに完成品検査方法及び完成品保管方法について社内規格で具体的に規定し、その内容は特定計量器検定検査規則に規定している内容及び次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。

完成品の品質	完 成 品 檢 査 方 法	完 成 品 保 管 方 法
1 . 構造 (1) 計量要件 計量特性 ・ 固有器差試験 ・ 検定公差 ・ 逆流試験	1 . 左記の品質を確保するため に必要な検査方法及び検査頻度を具体的に規定していること。	完成品を適切な状態で保管するための保管方法について具体的に規定していること。

定格動作条件 • 水温試験 • 水圧試験 • 耐圧試験 圧力損失 (2) 構造 メーターの材 料及び構造 • 促進耐久試験 メーターの調 整 檢定証印と封 印できる保護 装置 表示機構 電子装置付き メーター • 電子装置付き メーターの性 能試験 (3) 表示 表示 合番号		
2 . 器差	2 . 全数特定計量器検定検査規則に従って自工場(事業場)で検査を行っていること。	

4 . 製造設備及び検査設備

次表に掲げる製造設備及び検査設備のうち完成品の型式・種類に応じて必要なものを保有し、それらの設備について適切な管理方法（点検、保守、校正等の実施の箇所・項目・周期・方法・判定基準・環境条件、実施後不適合があった場合の処置、設備台帳など）を社内規格で具体的に規定し、その内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。

設 備 名	管 理 方 法
-------	---------

1. 製造設備

(1) 組立設備

(2) 調整設備

2. 検査設備

(1) 基準はかり、基準分銅、基準水道メーター、液体メーター用基準タンク又は液体メーター用基準体積管

外 (2) 水温試験装置

外 (3) 水圧試験装置

外 (4) 促進耐久試験装置

(5) 耐圧試験装置

外 (6) 圧力損失測定装置

外 (7) 恒温恒湿槽

外 (8) 静電気放電試験装置

外 (9) 電磁感受性試験装置

外 (10) 交流電源電圧変動試験装置

外 (11) 交流電圧低下及び瞬時停電試験装置

外 (12) サージ耐性試験装置

外 (13) 電気の過渡現象 / バースト試験装置

製造設備は、特定計量器検定検査規則に規定された品質を確保するのに必要な性能を持ったものであること。

検査設備は、特定計量器検定検査規則に規定された品質を試験・検査できる設備であること。

製造設備及び検査設備は、特定計量器検定検査規則に規定された品質を確保するのに必要な性能及び精度を保持するための点検、保守、校正などの基準を定めていること。

外（14）直流電源電圧変動試験装置

- 備考1 外注を行っている製造工程の製造設備は保有していなくてもよい。
- 2 外の検査設備については、検査を外注している場合にあっては保有していなくてもよい。
- 3 検査設備は、各試験を共用して行える一体形設備又は兼用設備でもよい。

5. 実地検査

5.1 完成品の品質

- (1) 実施場所：当該工場等
- (2) サンプリングの時期：完成品検査終了後
- (3) サンプリングの場所：検査場又は完成品倉庫
- (4) サンプリングの方法：ランダムサンプリング
- (5) サンプルの個数：検査に必要な個数
- (6) 検査項目：(a) 器差
(b) 構造の一部（詳細構造図との照合を含む。）
なお、検査設備を保有していない検査項目にあっては、
検査を公的機関に依頼すること。
- (7) 合否の判定：特定計量器検定検査規則の規定を満足したものを合格とする。

5.2 製品の工程遡及可能性 完成品から材料、部品等まで、製品の工程遡及が可能であること。

- 備考1 製品の工程遡及は、サンプリングした完成品から指定したものについて行う。
- 2 製品の工程遡及は、一完成品について、これに用いられる本細目の1. 材料、
部品等の購買に規定する材料、部品等のうちから任意に選定した主要一材料又
は一部品等まで行い、工程遡及ができるかどうかを調べる。

6. 附則

6.1 この細目は、平成20年2月21日から施行する。

6.2 平成17年10月1日に制定した事業の区分「温水メーター（温水メーターを 製造する事業）」に係る指定製造事業者の指定等に関する省令（平成5年通商産 業省令第77号）に基づく品質管理の方法の細目は、廃止する。

6.3 平成17年10月1日の制定の日前に計量法（平成4年法律第51号）第76 条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けた型式に属する特定

計量器に係る品質管理の方法の基準の細目については、平成23年3月31日までは、なお従前の例による。